April 2020

infection coat - K

DIN EN 14126:2004

certificate

Ministerium für Arbeit,
Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf

Datum: 20. April 2020
Seite 1 von 1

Bestätigung

(PSA-NW-003-MAGS)

Hiermit wird bestätigt, dass das Produkt
Modell: Infektionskittel-K; white; by van Laack health care
Hersteller: van Laack GmbH
Hennes-Weisweiler-Allee 25
41179 Mönchengladbach

Aktenzeichen III A 4 – Th –
PSA-NW-003-MAGS
bei Antwort bitte angeben

Herr Thier
Telefon 0211 855-3341
Telefax 0211 855-3705
juergen.thier@mags.nrw.de



Fotos vom Produktmuster

ausweislich des Prüfberichtes Nr. 202021482/2160 des IFA, die Abweisungsfähigkeit gegenüber Flüssigkeiten, die für den Schutz vor virenhaltiger Flüssigkeit in Form von Tröpfchen relevant ist, erfüllt und deshalb auf Grund der akuten Gefahrensituation **nur in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zum Schutz vor Coronaviren** und nur für die Dauer der Corona Pandemie verwendet werden darf.

Diese Bestätigung ist in Kopie an alle Käufer bzw. Zwischenhändler bis zum Verwender weiterzugeben. Auf Verlangen der Behörde hat jeder Händler eine Liste mit Namen und Kontaktdaten der Käufer/ Empfänger, sowie Anzahl der Produkte zur Verfügung zu stellen.

Im Auftrag
gez. Thier

Dienstgebäude und
Lieferanschrift:
Fürstenwall 25,
40219 Düsseldorf
Telefon 0211 855-5
Telefax 0211 855-3683
poststelle@mags.nrw.de
www.mags.nrw

Öffentliche Verkehrsmittel:
Rheinbahn Linie 709
Haltestelle: Stadttor
Rheinbahn Linien 708, 732
Haltestelle: Polizeipräsidium

Prof. Dr. med. H.-P. Werner

HYGCEN

CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH
Magdheide 7
59394 Nordkirchen
Deutschland

10.04.2020

GUTACHTERLICHE STELLUNGNAHME

Im Rahmen der Prüfungen entsprechend der EN 14126:2005 (siehe Prüfbericht B 23796 vom 10.04.2020) erfolgte eine Prüfung der Qualität des Materials „CarTect Medical" über Leistungsanforderungen für Schutzkleidung gegen Infektionserreger: Aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse nach Zugrundelegung der Grenzwerte in Bezug auf die EN 14126: 2004 erfüllt das Material „CarTect Medical" die Anforderungen der Leistungsstufen:

Klasse 6: Einstufung der Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten unter hydrostatischen Druck (Abschnitt 4.1.4.1., Prüfung gemäß ISO 16603 und ISO 16604).
Klasse 6: Einstufung der Widerstandsfähigkeit gegen Penetration von Infektionserregern aufgrund mechanischen Kontaktes mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeiten enthalten (Abschnitt 4.1.4.2., Prüfung gemäß EN ISO 22610).
Klasse 3: Einstufung der Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter flüssiger Aerosole (Abschnitt 4.1.4.3., Prüfung gemäß EN 22611).
Klasse 3: Einstufung der Widerstandsfähigkeit gegen die Penetration kontaminierter Feststoffteilchen (Abschnitt 4.1.4.4., Prüfung gemäß EN ISO 22612).

Prof. Dr. med. H.-P. Werner
Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie